



●ニオイセンサーPOLFAの測定値の参考データです。(2016年8月~9月頃測定)

●ニオイセンサーPOLFAは、常温常湿時の無臭の空気をPF値200としています。

●ニオイセンサーPOLFAは強弱を数値化しており、悪臭か香りかの区別はしていません。数値が高い=悪臭ではありません。

●ニオイセンサーPOLFAでの測定は、臭気発生源との距離や当日の温湿度によりPF値が変わりますので、このデータはあくまでも参考データとなりますのでご了承ください。